



Réattribution aux blocs opératoires d'instruments retrouvés au sein de la stérilisation : état des lieux

M. France¹, J. Robin¹, N. Lonca¹, F. Rochefort¹, C. Dussart^{1,2}, S. Corvaisier¹

PO 16

¹ Stérilisation Centrale, Hospices Civils de Lyon, 1060 rue N Niepce, 69 600 Saint Priest

² Laboratoire P2S « Parcours Santé Systémique » EA 4129, Faculté de Médecine Laennec, 7-11 rue G Paradin, 69 372 Lyon

INTRODUCTION

- Instruments **égarés** (paillasse, filtres des laveurs, sol, ...) **puis retrouvés** au cours du processus de stérilisation (en moyenne 780 compositions/j)
- Démarche entreprise afin de **restituer ces instruments** perdus/retrouvés aux blocs
→ Bilan à 6 mois


METHODE

Lieu	Qui ?	Etapes quotidiennes
STERILISATION	Agent	1. Instruments retrouvés placés dans un bac dédié (lavage, recomposition)
	Interne en pharmacie	2. Récupération des instruments 3. Identification et comparaison avec la liste HM Sté® des dispositifs déclarés «manquant» la veille 4. Traitement et étiquetage spécifique des dispositifs réattribués = satellite avec identification du service et de la boîte 5. Retour au service
BLOC	IBODE / IBODE Tech / Cadre	6. Réintégration des dispositifs dans la boîte correspondante

Lieu	Qui ?	Taches Annexes
STERILISATION	Interne en pharmacie	1. Saisie et analyse des données relative à chaque étape 2. Estimation du temps dédié à l'activité

RESULTATS

de Mai à Octobre 2018



- Dispositifs **non identifiés** (n = 140) :
 - Dentisterie : 54%, n = 75
 - DMI Ostéosynthèse : 23%, n = 32
 - Autres : 23%, n = 33



- **Temps dédié** = environ 1h45 / jour

Lavage: 7 min, condition^{nt}: 75 min, autoclave: 23 min

- Temps moyen passé par instrument :

- **20 min par instrument retrouvé**, n=684
- **60 min par instrument réintégré**, n=218

DISCUSSION

- **Points positifs**

- Participation à la **complétude des boîtes**
- **Anticipation** de la **déclaration de perte** d'instruments
- **Réintégration satisfaisante** des dispositifs (1/3)

- **Points limitants**

- **Difficultés d'identification** de certains dispositifs ou éléments d'un dispositif
- **Aspect chronophage** : 60 min par réintégration

- **Points d'amélioration**

- Etude nécessaire des causes des pertes
- **Sensibilisation des agents** à la déclaration des manquants en recomposition

CONCLUSION

- **Réattribution des instruments retrouvés** au sein du circuit de stérilisation :
 - Intégrée à l'**activité de routine**
 - **Démarche qualité** du processus de stérilisation mais surtout de l'acte chirurgical