

## Introduction

Jun 2019 :

campagne de sensibilisation des professionnels aux bonnes pratiques (BP) de pré-désinfection (PF) au sein des blocs opératoires (BO)

Certaines spécialités chirurgicales bénéficient de PF automatisée tandis que d'autres sont en PF manuelle.

La mutualisation des équipes en charge de la PF sur des secteurs de BO sans formation approfondie a engendré des dysfonctionnements dans le circuit de PF (matériel abîmé, perdu, boîtes mélangées)

## Objectifs

Sécuriser le circuit de la pré désinfection

Évaluer les pratiques de pré désinfection

Harmoniser les pratiques entre les différentes personnes en charge de la PF selon les BP



## Matériels et Méthodes

- **Création d'une grille d'évaluation** répartie en 6 catégories : Hygiène et Equipement de Protection Individuelle (EPI), Solution détergente désinfectante, Pré désinfection, Transport, Traçabilité, Documents qualité/formation
- **Préparation de l'audit**: rencontre avec l'équipe de la stérilisation, la cadre du bloc et les ASH
- **Réalisation de l'audit**
- **Restitution des résultats de l'audit** aux ASH et à l'équipe de la stérilisation
- **Mise en œuvre d'un plan d'action**

## Résultats

- ✓ 8 personnes audités (sur 13) sur les blocs ORL/ophtalmo/gyneco/chirurgie pédiatrique
- ✓ 50% des audits sur la PF automatisée et 50% sur la PF manuelle

- ✓ Respect de la dilution et des température de la solution de PF : 100 % conforme
- ✓ Conditions de transport : 100 % conforme
- ✓ Traçabilité de la PF : 100 % conforme



- ✓ Rappel des BP aux équipes
- ✓ Création d'un support pour l'habilitation des nouveaux professionnels
- ✓ Création d'une plaquette d'information
- ✓ Rédaction de protocoles de validations de cycles de PF (à diffuser aux équipes en septembre 2021)



## LES 10 CONSEILS POUR UNE PRÉ-DÉSINFECTION RÉUSSIE

1) Je manipule les instruments avec précaution

2) Je fais attention au respect de la dilution pour la solution détergente-désinfectante

3) J'ouvre bien tous les matériels articulés non ouverts

4) J'écouvillonne les corps creux

5) Je suis vigilant aux traces de souillures

6) Je mets à part les moteurs !

7) J'irrigue le matériel d'ORL avant de mettre en laveur

• Utilisation des seringues

8) Fibre optique ophtalmique :

• Je ne mets pas à tremper ou en laveur  
• J'utilise une lingette imprégnée d'Alka 100

9) Je me protège notamment lors du lavage manuel

• Tablier et lunettes de protection ! (projections +++)

10) Au moindre doute, je regarde les procédures écrites

Quelques chiffres de l'audit

## Limites

## Discussion / Conclusion

## Perspectives

- Equipe entière non auditée car activité du BO en ère covid très réduite,
- Certaines tâches apparaissant dans la grille d'audit relèvent de la responsabilité des IBODES .

- 1) Mesurer l'impact des mesures correctives mises en place en évaluant la satisfaction à l'arrivée du matériel à la stérilisation.
- 2) Répondre à la demande du personnel de bénéficier de formation supplémentaires sur le matériel.