



INSTRUMENTS MANQUANTS À L'ÉTAPE RECOMPOSITION :

ALLÔ LE BLOC ?

M. Delfosse, I. Caillier, E. Grandeau, S. Authier
 Service stérilisation – CH Boulogne Sur Mer (France)
 margaux.delfosse1@gmail.com

PO32

Introduction

Devant la récurrence de la perte des Dispositifs Médicaux (DM) constatée lors de la reconstitution des boîtes, un appel téléphonique systématique de la stérilisation au Bloc Opérateur (BO) a été mis en place pour rechercher ces DM.

Objectifs

- analyser le suivi des DM perdus depuis 2019
- étudier le bénéfice de cet appel au BO ainsi que l'impact financier

Matériel et méthode

Etude **rétrospective sur 2 ans** : 2019 et 2020

Analyse du tableau des DM perdus complété quotidiennement par les infirmiers

Evaluation des DM retrouvés/non retrouvés suite à l'appel au BO

Analyse des pertes en fonction des spécialités



Détermination du **coût** de chaque DM en collaboration avec la Direction des Services Economiques.

Résultats 283 DM perdus

(90 retrouvés + 193 non retrouvés)

TOP 3 DES DM LES PLUS SOUVENT PERDUS

Alène de redon = 20

Ciseaux mayo = 21




Pince pean = 18



SPECIALITÉS COMPTANT LE PLUS DE PERTES

- Orthopédie (84 soit 29.7% des pertes)
- Chirurgie digestive (47 soit 16.6%)
- ORL (24 soit 8.5%)

OÙ ÉTAIENT LES 90 DM RETROUVÉS ?



ETUDE FINANCIERE

- Estimation du prix de 95% des DM (269/283)
 → Prix non retrouvé pour 14 DM
- Montant total des 269 DM = **18 685 €**

DM le moins cher	Garrot	0,22 €
DM le plus cher	Pince bipolaire	1 327 €
DM les plus souvent perdus	Ciseaux mayo	12,05 €
	Alène de redon	10,03 €
	Pince pean	11,75 €

DM retrouvés = 9 020 €



DM non retrouvés = 9 665 €



Montant total = 18 685 €

29 DM retrouvés dans les poubelles du bloc (n'aurait pas été retrouvés sans cet appel) = perte évitée de **1 560 €**.

Discussion - Conclusion

✓ Intérêt de la **réactivité** de la stérilisation lors de la découverte d'un DM manquant lors de la reconstitution

→ **Recherche approfondie** dans les locaux de la stérilisation (cuves ultrasons ou laveurs) puis au bloc (salles et poubelles)

✓ **Coopération** bloc-stérilisation essentielle

→ **Sécurité** (instrument oublié dans le patient)
 → **Coût évitable** (remplacement du DM)

- Appel systématique (*initialement mal perçu* par le BO) reconnu comme **nécessaire**.
- La sensibilisation du BO et l'appel systématique de la stérilisation ont permis de retrouver 1/3 des DM : **encourageant mais insuffisant** → effort à poursuivre.

Comment limiter la perte des DM restérilisables ?

✗ Achat de portique de détection envisagé - rapidement écarté : manque de spécificité

✓ Passage à l'usage unique pour les alènes de redon

⌚ Vigilance en fin de bloc : le travail sur le coût sera présenté à la prochaine réunion bloc-stérilisation afin de **sensibiliser le personnel**

→ Autres pistes d'amélioration à explorer