




PO65



L'erreur est humaine, la formation une nécessité: évaluation de la recombinaison d'un plateau des erreurs en stérilisation

V. KAMAMI, A. PELSEZ-ROUILLE, E. DUHAMEL, M. HIGNARD, M. LAURENT
Service de Pharmacie, CHU Rouen - Hôpital Charles Nicolle, 1 rue de Germont, 76000 Rouen, France
Contact : victoria.kamami@chu-rouen.fr

INTRODUCTION



- ✓ Evaluer la capacité de reconnaissance et de fonctionnalité de l'instrumentation d'une composition standardisée.
- ✓ Auto-évaluation des agents.
- ✓ Identifier les points critiques afin de proposer aux agents des axes de formation adaptés et de mettre en place une habilitation à la recombinaison.

MATERIEL ET METHODES



- 2 recombinaisons d'un plateau des erreurs composés de 20 instruments (neufs, fonctionnels, cassés, usés ou à usage unique):



1^{ère}: **sans** logiciel d'aide à la recombinaison



2^{ème}: **avec** logiciel d'aide à la recombinaison

Une note / 20 à chaque recombinaison




- Questionnaire :
 - Nombre d'années d'expérience.
 - Fréquence de la formation continue.
 - Formation de base (agent de stérilisation, baccalauréat, IDE, ASH...).
 - Aisance de l'agent sur la reconnaissance et la fonctionnalité de l'instrumentation générale.


RESULTATS

- Taux de participation des agents de recombinaison : 95% (21)
- Questionnaire :


Nombre d'année(s) de recombinaison




Congrès ou formation continue



Etes-vous à l'aise dans la reconnaissance de l'instrumentation ?



Etes-vous à l'aise dans la reconnaissance de la fonctionnalité de l'instrumentation ?



- Recombinaison : Notes sur 20 exprimées en Médiane [min-max] et applications des tests statistiques de Student et Fischer

- Sans logiciel d'aide à la recombinaison : 16 [04-20]
 - Avec logiciel d'aide à la recombinaison : 19 [13-20]
- Significativement meilleure avec le logiciel d'aide à la recombinaison (p value < 0,05)**

- Aucune différence significative entre les notes obtenues à la recombinaison sans logiciel d'aide à la recombinaison et nombre d'années d'expérience ; fréquence de formation continue ; aisance dans la reconnaissance de l'instrumentation et la formation de base des agents de recombinaison ; agent de jour ou de nuit.

DISCUSSION



- ✓ Nouvel outil de formation
- ✓ 90% des agents aimeraient passer quelques jours au bloc afin de connaître l'ensemble du circuit du DM et la fonctionnalité de l'instrumentation lors des opérations chirurgicales.



- ✓ Reconnaissance d'instrumentation n'est pas privilégiée dans la formation « agent de stérilisation ».

CONCLUSION

- Outil peu coûteux et facile à mettre en œuvre → transposable dans d'autres services de stérilisation.
- Savoir se passer de l'outil informatique → indispensable si panne informatique.
- Comparaison des résultats de l'étude avec d'autres CH (étude multicentrique) à faire.

