

## Objectif

Selon les Bonnes Pratiques de Stérilisation des Dispositifs Médicaux Réutilisables<sup>(1)</sup> et dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, il convient de développer les connaissances des agents de stérilisation.  
-> Elaborer, mettre en place et évaluer une **formation ludique** à destination des agents de stérilisation.

## Résultats

En moyenne, **11.3** (+/- 4.1) agents de stérilisation ont participé aux défis

Pourcentage de réussite = **76.6%**

Malgré l'ancienneté, l'ensemble des agents estiment avoir **appris** des choses au cours de la formation

**Durée et difficulté** des défis **adaptées**

Défis souhaités sur la sécurité des machines ou le montage d'une coelioscopie

## Conclusion

Cet outil de formation ludique a permis d'**approfondir les connaissances** à la fois des agents de stérilisation ayant participé mais aussi de l'interne ayant travaillé sur l'élaboration des défis. Il a également permis d'identifier des lacunes et définir ainsi les **futurs axes de formation**.

Pour compléter le travail, une évaluation des connaissances aurait pu être faite avant et après cette formation afin de d'évaluer la progression des agents et donc l'efficacité de cette formation.

## Méthode

- Consiste à réaliser un défi par jour pendant 15 jours
- Forme ludique : Mots croisés, concours d'emballage, reconnaissance d'instrument
- Défis peu chronophages, réalisables à tout moment de la journée
- Sur la base du volontariat, de façon anonyme ou non
- Défis permettant de remporter des points avec classement quotidien
- Réponses publiées et discutées le lendemain
- Evaluation via un questionnaire de satisfaction



### Réception

- Reconnaissance d'instruments



### Dédoublement

- Mots croisés



### Lavage

- Questions sur le prion



### Recomposition

- Boite à identifier
- Conteneurs des erreurs



### Conditionnement

- Concours d'emballage de stérilisation



### Stérilisation


- Anomalies graphiques
- Intérêt du test BD

## Exemple de défis : Conteneur des erreurs (listing fourni)

Instrument ne correspondant pas au listing

Usage unique

+ erreurs sur le conteneur :  
absence de joint, absence de filtre



Instrument ne passant pas au laveur désinfecteur

Instruments à réparer

Pince souillée : non ouverte au dédoublement