

# Retour d'expérience sur l'organisation d'une épreuve décennale au sein de l'unité de stérilisation

L. Seiler, A. Maget, R. Konieczny, A. Khalife - CHR Metz-Thionville



# Contexte et Objectif

L'unité de stérilisation, ouverte depuis 2013, 24h/24 et 7j/7 avec seulement 2 créneaux de fermeture le samedi et dimanche de 14h30 à 20h00, possède 4 stérilisateurs fabriqués en août 2012. Pour respecter la réglementation les épreuves décennales devaient se faire avant août 2022.

<u>Objectif</u>: Organiser les épreuves décennales dans l'unité de stérilisation ouverte 7j/7 sans perturber l'activité des blocs opératoires.

#### Matériel et Méthode

Epreuve réalisée sur 2 périodes afin de maintenir l'activité : 2 stérilisateurs du 11/06/23 au 09/07/23 et 2 stérilisateurs du 15/07/23 au 08/08/23



Constitution d'un groupe de travail fin 2021: pharmaciens, cadre de stérilisation, cadre supérieur de bloc et de stérilisation, équipe d'hygiène hospitalière (E2H), fournisseur des stérilisateurs, service biomédical et service technique.



Réalisation des **réunions** : planification du déroulement des épreuves décennales



Démontage/remontage : par le fournisseur des stérilisateurs

Epreuve décennale : par un organisme agréé

Qualification opérationnelle et des performances : par un organisme spécialisé

## Résultats







6h: Fermeture de la stérilisation
 Mise en place des cloisons au niveau des
 stérilisateurs/ générateurs concernés +
 installation dans les cloisons d'unité de
 traitement d'air mobile

• 12h30 : Bionettoyages suivis des contrôles aérauliques

Validation par E2H et pharmaciens

• 21h: Reprise activité

Démontage et décalorifugeage des stérilisateurs/générateurs

/ J0 \ (samedi)

J2-4

**Epreuve décennale** Essais de sécurité



Remontage et recalorifugeage des stérilisateurs/générateurs

6h : Fermeture de la stérilisation Démontage des cloisons + désinstallation des unités de traitement d'air mobile

• 12h30: Bionettoyages suivis des contrôles aérauliques

Validation par E2H et pharmaciens

21h: Reprise activité

Contrôles microbiologiques
Validation par E2H et pharmaciens

Ň

J9-10

J16



Qualification opérationnelle et des performances

Validation pharmaciens

### Discussion et Conclusion

L'anticipation et la planification pluridisciplinaire des opérations a permis un bon déroulement des épreuves décennales sans perturbations de l'activité des blocs opératoires.